

水質分析用認証標準物質 (CRM)

- ・ 金属類15成分混合標準液B
- ・ 水質分析用 無機混合標準液 DWS-5



水質分析用認証標準物質(CRM)



金属類15成分混合標準液B

| 品名 | 溶媒 | 容量 | Cat.No. | 価格 |
|---------------------------------|----------------------|--------|------------|--------|
| 金属類15成分混合標準液B (CRM) ICP-MS用 [毒] | 2% HNO ₃ | 125 mL | 1021-12016 | 28,000 |
| Se、Pb、As、Ni : 1 mg/L | B、Zn、Al、Cu : 10 mg/L | | | |
| Mn : 0.5 mg/L | Mo : 7 mg/L | | | |
| Cr、Sb、U : 0.2 mg/L | Cd : 0.3 mg/L | | | |
| Fe : 30 mg/L | | | | |

水質分析用無機混合標準液 DWS-5

| 品名 | 溶媒 | 容量 | Cat.No. | 価格 |
|------------------------|----------------------|--------|------------|--------|
| 水質分析用無機混合標準液 DWS-5 [毒] | 2% HNO ₃ | 125 mL | 8500-12006 | 29,700 |
| Se、Pb、As、Ni : 1 mg/L | Fe : 30 mg/L | | | |
| Cr : 2 mg/L | B、Zn、Al、Cu : 10 mg/L | | | |
| Mn : 5 mg/L | Mo : 7 mg/L | | | |
| Sb、U : 0.2 mg/L | Cd : 0.3 mg/L | | | |

注) [毒]は、医薬用外毒物です。



ジーエルサイエンスでは、上記の試薬以外に数多くの認証標準物質を含む試薬を取り扱っています。またカスタムメイドのご要望も承っています。詳しくは下記のサイトよりご確認ください。

分析用認証標準物質カタログPDF



カスタムメイド混合試薬 Webサイト




| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 東京営業部 | TEL.03(5323)6611 | FAX.03(5323)6622 |
| 大阪支店 | TEL.06(6220)0500 | FAX.06(6220)0601 |
| 横浜支店 | TEL.045(985)7900 | FAX.045(985)7901 |
| 東北営業所 | TEL.024(534)2191 | FAX.024(536)1518 |
| 筑波営業所 | TEL.029(858)3700 | FAX.029(858)3780 |
| 北関東営業所 | TEL.048(778)5001 | FAX.048(778)5005 |
| 千葉営業所 | TEL.043(248)2441 | FAX.043(248)2485 |
| 名古屋営業所 | TEL.052(931)1761 | FAX.052(931)1814 |
| 広島営業所 | TEL.082(233)1101 | FAX.082(233)1110 |
| 九州営業所 | TEL.092(738)6633 | FAX.092(738)6636 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 総合技術センター | TEL.04(2934)2121 | FAX.04(2934)2128 |
| カスタマーサポートセンター | TEL.04(2934)1100 | FAX.04(2934)3361 |
| 福島工場 | TEL.024(533)2244 | FAX.024(534)2139 |

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記しておりません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2019年10月時点のものです。