20. Analysis of Flubendazole

Data No. LA075-0000



Column : Inertsil ODS-3V
150 × 4.6 mm I.D.

Column Cat. No. :

Eluent : CH_3CN/H_2O = 35/65

Flow rate : 1.0 mL/min.

Col. Temp. : 40ºC

Detection : UV 313 nm

Injection Vol. : 1 µL

Sample : Flubendazole

Solutes : 1. Flubendazole (100 µg/mL)